

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00087540

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бескарагайская районная больница» управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, Бескарагайский район, Бескарагайский сельский округ, село Бескарагай, улица Пушкина, здание 2А, почтовый индекс 070300
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная и амбулаторная медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 43/43
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Муканов Жанибек Муратулы
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Калдаманов Бекжан Мейрашович
- 7) Наименование медицинской техники – Стерилизатор низкотемпературный плазменный H₂O₂ серии PS в вариантах исполнения: PS100X
- 8) Место дислокации медицинской техники – Клинико-диагностическая поликлиника, кабинет стерилизации инструментов (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Впервые
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03133 от 19.02.2026 года, № заявки 00087540 от 30.07.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Стерилизация насадок коагулятора, видеогастроскопа и другого термочувствительного инструментария	Сенсорный ЖК-дисплей управления с диагональю 5,7 дюйма. Встроенный термопринтер (опция). Система автоматической блокировки двери. Стерилизующий реагент. Программное обеспечение для стерилизаторов. Стерилизатор низкотемпературный плазменный H2O2 серии PS в варианте исполнения PS100X. Загрузочная корзина для стерилизатора. Программная функция для стерилизации трубчатых инструментов и инструментов для эндоскопии (опция). Камера стерилизатора PS100, объем 135 литров.	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 18.08.2026 16:43
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

