

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0009002О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуатская районная больница" управления здравоохранения области Абай"
- 2) Юридический адрес – РК, Область Абай , Аксуатский район с.Аксуат ул. Сейфуллина , 9
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар замещающая, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 42 койки 18126 прикрепленное н/1
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Аштаева Алмагуль Мухамедкаримовна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Мухсина Галия Женисовна
- 7) Наименование медицинской техники – Низкотемпературный плазменный стерилизатор CASP с применением перекиси водорода различных модификаций: CASP - 50
- 8) Место дислокации медицинской техники – Операционный блок (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология.
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Впервые
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03132 от 19.02.2026 года, № заявки 0009002О от 27.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Плазменная стерилизация хирургических инструментов	Низкотемпературный плазменный стерилизатор CASP с применением перекиси водорода CASP -50. Стерилизующий агент для стерилизатора CASP (2 шт/упак).. Химические индикаторные полоски для стерилизатора CASP (250 шт/упак). Биологические индикаторы для стерилизатора CASP (30 шт/упак).. Термозапаиваемые упаковочные пакеты в рулонах с химическим индикатором для стерилизатора CASP (1 рулон/упак). Бумага для термопринтера для стерилизатора CASP (20 рулонов/упак). Упаковочная ткань для стерилизатора CASP (150 шт/упак). Лоток для инструментов для стерилизатора CASP (2 шт/упак). Инкубатор для биологических индикаторов для стерилизатора CASP. Запаиватель пакетов для стерилизатора CASP..	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 09.09.2026 11:53
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

