

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008722О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, Аягозский район, город Аягоз, улица Е.Рахимова, здание 1/1, почтовый индекс 180100
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, стационарная, стационарзамещающая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 200 коек/10 посещений
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Омаров Шалкар Жунусович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Кулмаганбетова А. С.
- 7) Наименование медицинской техники – Стерилизатор низкотемпературный плазменный H₂O₂ серии PS в вариантах исполнения: PS100X
- 8) Место дислокации медицинской техники – Стерилизационная (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Впервые
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/02921 от 06.01.2026 года, № заявки 0008722О от 28.07.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Стерилизация медицинских изделий низкотемпературным методом	Система непрерывного мониторинга концентрации перекиси водорода, температуры и давления в камере стерилизатора (опция). Встроенный термопринтер (опция). Система автоматической блокировки двери. Стерилизующий реагент. Программное обеспечение для стерилизаторов. Стерилизатор низкотемпературный плазменный H2O2 серии PS в варианте исполнения PS100X. Транспортировочная тележка ВУ-130 для стерилизатора. Загрузочная корзина для стерилизатора. Сенсорный ЖК-дисплей управления с диагональю 5,7. Камера стерилизатора PS100, объем 135 литров.	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 04.08.2026 15:27
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

