

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0005693К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 7 города Семей" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, Проспект Шакарима, дом 2Б, почтовый индекс 071400
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Амбулаторно-поликлиническая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 34069/45
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Ахметкалиева Райхан Куанышбековна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Андреев Вячеслав Анатольевич
- 7) Наименование медицинской техники – Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Отделение лучевой диагностики. Кабинет флюорографии (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Лучевая диагностика
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2025/02649 от 24.02.2025 года, № заявки 0005693К от 18.09.2025 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
1	Флюорографический рентгеновский цифровой стационарный аппарат 12ФК1	Диагностическая флюорография	1	241300501	02.04.2012	100.00%	0	15000	100%	Кабинет флюорографического обследования	Рабочее
ИТОГО							0	15000	100.00%		

Вывод: В организации здравоохранения 1 единица аналогичной/идентичной медицинской техники, с износом 100% в рабочем состоянии.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2022	2023	%	2024	%

1	Кабинет флюорографии	15498	16452	6.15	15000	-8.83
	ИТОГО	15498	16452	6.15	15000	-8.83

Вывод: в 2023г. по отношению к 2022г. отмечается увеличение количества пациентов на 6.15%, а в 2024г. отмечается уменьшение по отношению к 2023г. на -8.83%. Учитывая среднее изменение количества пациентов на -1.34%, прогнозируемое количество пациентов на 2025г. = 14799

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Диагностическая флюорография (1 проекция)	13000	1
2	Диагностическая флюорография (2 проекции)	2000	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 15000 Общая сумма на 1 единиц: 15000	1.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 15000 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2022	2023	%	2024	%
1	Флюорографический рентгеновский цифровой стационарный аппарат 12ФК1	Диагностическая флюорография	15498	16452	6.15	15000	-8.83
	ИТОГО:		15498	16452	6.15	15000	-8.83

Вывод: в 2023г. по отношению к 2022 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 6.15%, а в 2024 г. отмечается уменьшение по отношению к 2023г. на -8.83%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Диагностическая флюорография (1 проекция)	11070 м.у. в год
2	Диагностическая флюорография (2 проекции)	11070 м.у. в год

* Примечание: (согласно предоставленным данным КТО). среднее время оказания услуги - 8 минут, при 6-ти часовом рабочем дне, 5 рабочих дней в неделю

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	14799	1.00	14799.00	0	14799.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	14799	11070	1.33	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 11070 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 1.33, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
----------	---	-------------------------------------

1	Лаборант - 1	Рентген-лаборант - 1
2	Врач - 1	Врач-рентгенолог - 1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификационная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	Мукашовна Салтанат Дутбаева	08.10.1980	Врач-рентгенолог	Семипалатинская государственная медицинская академия	Педиатрия	ЖБ 0596396	24.06.2005	20 лет лет	№ : KZ18VBM 02846179 Дата выдачи: 27.05.2025 Срок действия: 27.05.2030	высшая	№ : 0306 дата выдачи: 04.03.2023
2	Акимбаевна Бахытгуль Шикаева	03.12.1971	Рентген-лаборант	Талдыкорганский медицинский колледж	Сестринское дело	ТКБ № 1232281	08.07.1997	22 года лет	№ : KZ32VBM 02535915 Дата выдачи: 14.10.2024 Срок действия: 14.10.2029	без категории	№ : 0366 дата выдачи: 20.03.2023

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Водитель	0	0	0	
2	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
3	Врач	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Подписано: Руководитель ТУЛЕШОВ КЕНЖЕБЕК Время подписи: 09.10.2025 15:36</p>
---	---

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

