

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00083470

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, улица Бекена Жамакаева, дом 100, почтовый индекс 071400
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационарзамещающая, амбулаторно-поликлиническая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 270/10
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Дайрбеков Аркат Кудайбердыевич
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Мясникова Ирина Викторовна
- 7) Наименование медицинской техники – Машина моюще-дезинфекционная в вариантах исполнения PLUSHER WDS 12
- 8) Место дислокации медицинской техники – Централизованное стерилизационное отделение (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Впервые
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03223 от 27.03.2026 года, № заявки 00083470 от 19.06.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Мойка, обработка, дезинфекция медицинских изделий	<p>Машина моюще-дезинфекционная PLUSHER WDS 12. Съемный распылитель 313016 & 313020. Съемная корзины по стандарту DIN уровня для 313016 & 313020. Насос для серии PLUSHER WDS и WDC. Насос-дозатор для серии PLUSHER WDS и WDC. Аспирационный зонд для серии PLUSHER WDS и WDC. Расходомер для воды для серии PLUSHER WDS и WDC. Расходомер для химикатов для серии PLUSHER WDS и WDC. Фильтр для серии PLUSHER WDS и WDC. PT1000 датчик температуры IIM2 для серии PLUSHER WDS и WDC. Фильтр предварительной очистки для серии PLUSHER WDS & WDC. Встроенный смягчитель воды для версии инжекторной модификации PLUSHER WDS 12. Встроенный принтер на стороне выгрузки для PLUSHER WDS 12. Дозиметр разбрызгиватель для PLUSHER WDS 12. 4-х уровневая съемная тележка для мойки для 8 корзин стандарта DIN для PLUSHER WDS 12. Тележка для выгрузки для моделей с раздвижной дверцей PLUSHER WDS 12.</p>	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 08.07.2026 15:41
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

