

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008614К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, улица Галиаскара Туктабаева, дом 54
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар-замещающая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 370/6
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Шакенов Ерлан Рашитович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Рамазан Бауыржан Ерсултанович
- 7) Наименование медицинской техники – Видеокомплекс с принадлежностями для диагностических и малоинвазивных эндоскопических манипуляций (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Кабинет бронхоскопии (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Эндоскопия
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03220 от 20.03.2026 года, № заявки 0008614К от 14.07.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
1			0			0%	0	0	0%		Не рабочее
	ИТОГО						0	0	0%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации нет аналогичной/идентичной медицинской техники. *Имеется 4 ед аналогичной МТ со 100% износом под инвентарными номерами 13700122, 13700182, 241070078 дет, 241070080 дет. В связи со 100% износом данная техника не указана в разделе 4. Аналогичная и (или) идентичная медицинская техника с инвентарным номером 241070011 "Система видеоэндоскопическая OLYMPUS" поясняем, что место дислокации данной техники Кабинет эндоскописта, однако и в комплектации данной МТ не имеется бронхоскоп (согласно предоставленным данным КТО).

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%
1	Кабинет бронхоскопии	1315	1486	13.00	1672	12.51
	ИТОГО	1315	1486	13	1672	12.51

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 13%, а в 2025г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 12,51%. Учитывая резкое изменение количества пациентов, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 1672

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/ п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Бронхоскопия лечебная	400	2 - 5
2	Видеобронхоскопия диагностическая	1000	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 1400 Общая сумма на 1 единиц: 1400	2.25

Вывод: ОЗ планирует выполнять 1400 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 2,25.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
1			0	0	-	0	-
	ИТОГО:		0	0	0	0	0

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации нет аналогичной/идентичной медицинской техники.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Бронхоскопия лечебная	1482 м.у. в год
2	Видеобронхоскопия диагностическая	1482 м.у. в год

* Примечание: Среднее время оказания услуги 80 мин при 8 часовом рабочем дне при 5 рабочих дней в неделю (согласно предоставленным данным КТО).

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	1672	2.25	3762.00	0	3762.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	1400	1482	0.94	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 1482 медицинских услуг в год на 1 единицу, определяем коэффициент потребности, который равен 0,94, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
-------	---	-------------------------------------

1	Медсестра-1	Медсестра кабинета эндоскопии-1
2	Врач-1	Врач эндоскопист-1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификационная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	Аскарбековна Айгуль Аскарбекова	03.12.1976	Медсестра кабинета эндоскопии	Учреждение образования "Авиценна" медицинский колледж	Сестринское дело	ТКБ 0015801	05.07.2012	10 лет	№ : KZ13VBM 03312451 Дата выдачи: 18.12.2025 Срок действия: 18.12.2030	высшая	№ : 0665 дата выдачи: 03.06.2023
2	Социалович Максат Адильгожин	22.12.1967	Врач эндоскопист	Семипалатинский государственный медицинский институт	Лечебное дело	ФВ № 652387	23.06.1994	25 лет	№ : KZ35VBM 02543233 Дата выдачи: 23.10.2024 Срок действия: 22.10.2029	высшая	№ : 0296 дата выдачи: 04.03.2023

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Водитель	0	0	0	
2	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
3	Врач	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

**Электронные цифровые подписи
документа**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подписано: Руководитель СЕЙДУАЛИЕВ ГАБИТ

Время подписи: 27.07.2026 16:30

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

