УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по МИ - Член Правления
Абдрахманов М.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0009012О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области"

2) Юридический адрес – Республика Казахстан, 100019, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би,улица Крылова, дом 23

3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь,

4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 175/41

5) Руководитель организации здравоохранения – Нурлыбаев Ержан Шакирович

6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Ким Маргарита Курбановна

7) Наименование медицинской техники – Аппарат искусственного кровообращения Essenz

8) Место дислокации медицинской техники – Операционный блок (операционная пациентов отделений: хирургической аритмологии и интервенционной кардиологии, реанимации и интенсивной терапии, острой коронарной недостаточности) (1 ед.)

9) Область применения медицинской техники – Перфузиология

10) Причина приобретения медицинской техники – дополнительно к имеющейся

11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/3285 от 05.06.2026 года, № заявки 0009012О от 01.09.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Искусственное кровообращение во время аортокоронарного шунтирования двух коронарных артерий	Консоль. Шкаф с двумя отсеками. Мачтовая система с полкой. Кабина с подлокотником. Монитор перфузионнойсистемы с держателеммачты. Шнур питания с вилкойдля конкретной страны. 1 пузырьковый модуль. 1 модуль потока. 1 модуль давления. Артериальная рука-расширитель. Цветные кольца инаклейки на ручки. Чехол для быстрогозажима. 6 опорных колпачков насоса. 6 кабельных зажимов. 3 кабельных зажимов крыши. 6 держателей для кабелей. Крючок для зажимов. Двойной держатель для 2 RP85. Роликовый насос 150 (RP150). Роликовый насос 85 (РП85). Блоки управления. Держатель блока управления. Датчик пузырьков. Датчик потока. Датчик давления. Венозный зажим с держателем мачты. Мачта для настольного набора. Поднос. Система охлаждения обогревателя ЗТ. Газовый смеситель Stockert (K101046, доступен в 3 вариантах расхода : 2 л/мин, 5 л/мин, 10 л/мин). Светодиодная лампа консоли.	Соответствует
2	Искусственное кровообращение во время пластики дефекта межпредсердной перегородки с помощью аутоперикарда, открытым методом		Соответствует

3	Искусственное кровообращение во время аортокоронарного шунтирования одной коронарной артерии	Соответствует
4	Искусственное кровообращение во время устранения аневризмы коронарного сосуда	Соответствует
5	Искусственное кровообращение во время иссечения или деструкции другого пораженного участка или ткани сердца открытым доступом	Соответствует
6	Искусственное кровообращение во время устранения неуточненного дефекта перегородки сердца с помощью тканевого трансплантата	Соответствует
7	Искусственное кровообращение во время других операций на сердечных клапанах	Соответствует
8	Искусственное кровообращение во время аортокоронарного шунтирования трех коронарных артерий	Соответствует
9	Искусственное кровообращение во время резекции опухоли сердца	Соответствует
10	Искусственное кровообращение во время пластики аорто-легочного окна	Соответствует
11	Искусственное кровообращение во время открытой и другой замены митрального клапана	Соответствует

12	Искусственное кровообращение во время других манипуляций на сердце и перикарде		Соответствует
13	Искусственное кровообращение во время полного восстановления тетрады Фалло		Соответствует
14	Искусственное кровообращение во время аортокоронарного шунтирования в целях сердечной реваскуляризации, не уточненное иначе		Соответствует
15	Искусственное кровообращение во время аортокоронарного шунтирования четырех или более коронарных артерий		Соответствует
16	Искусственное кровообращение во время открытой и другой замене аортального клапана		Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объёме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 14.09.2026 16:45

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.