Нурлыбаев Е. Ш.
«___» _____2026г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1.	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения Vivid E95, с принадлежностями Производитель, страна: GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия № РК-МТ-5№015777 от 01.07.2021г. бессрочно			
2.	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)	Ультразвуковая система для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, с возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени; предназначенная для внутриутробных/акушерских обследований, обследований детей, обследования брюшной полости, малых органов, обследования головы взрослых и новорожденных, поверхностных/обычных обследований опорно-двигательного аппарата, транскраниальных, трансректальных, трансвагинальных и чреспищеводных обследований.			
3.	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid E95 (Консоль медицинская диагностическая ультразвуковая+ монитор специальный медицинский)	Каталожный номер H45611NT Основная консоль медицинской ультразвуковой диагностической системы экспертного класса, разработанная для многоцелевой общей визуализации, с внедрением передовых технологий искусственного интеллекта и автоматизированными процессами.	1 шт.
		Дополнительные комплектующие			
		1	Цифровой встраиваемый черно-белый USB видео принтер (Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения)	Каталожный номер H45611QY Черно-белый принтер с комплектом для подключения. Предназначен для интеграции с цифровыми УЗИ-системами и печати изображений с УЗ-сканера.	1 шт.
		2	Кабель электропитания для ультразвуковой консоли	Каталожный номер H45611RB Инсталляционный набор для консоли, включающий сетевой евро кабель	1 шт.
		3	Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ для взрослых и детей	Каталожный номер H45601SD ЭКГ-кабель на 3/5-отведений, евростандарт, 3,6м длина	1 шт.
		4	Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов в 3 отведениях, для взрослых и детей	- Каталожный номер H45601SE - Набор отведений ЭКГ, евростандарт	1 комплект

		источников физиологических сигналов Каталожный номер H45521AL. Набор кабелей и коннекторов для соединения с внешним источником ЭКГ-сигнала	
	Принадлежности		
1	Руководство пользователя на русском языке	Каталожный номер H45611QM Комплект документации для пользователя на русском языке	1шт.
2	Руководство пользователя на казахском языке	Каталожный номер H45611QJ Комплект документации для пользователя на казахском языке	1шт.
3	Датчики линейные 9L-D	Каталожный номер H40442LM 2,4 - 10,0 МГц, Линейный мультичастотный датчик Клиническое применение: Ангиология (глубокие сосуды), Педиатрия, Скелетно-мышечная система, Поверхностно-расположенные органы.	1 шт.
4	Датчики конвексные C1-6-D	Каталожный номер H40472LT 1,4 - 6,0 МГц, Монокристальный Мультичастотный конвексный датчик Клиническое применение: Брюшная полость,Акушерство и гинекология, Урология, Ангиология	1 шт.
5	Датчики чреспищеводные 6VT-D	Каталожный номер H45581BJ 3,0 - 8,0 МГц, Матричный мультиплановый чреспищеводный датчик для трехмерной визуализации сердца в реальном времени. Клиническое применение: Чреспищеводные исследования сердца у взрослых	1 шт.
6	Руководство пользователя по работе с чреспищеводными датчиками и принадлежностями к ним на русском языке	Каталожный номер H45531RQ Руководство пользователя по работе со специализированными датчиками на русском языке	1 шт.
7	Устройство для хранения чреспищеводного датчика	- Каталожный номер H45551NM Специализированный органайзер, который защищают датчик от механических повреждений и обеспечивает правильное вертикальное положение кабеля - Индикатор механических повреждений чреспищеводных датчиков Каталожный номер H45531HS Тестер механических повреждения ЧП датчика	1 компл.
8	Защитные чехлы для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика	Каталожный номер H45521CK Защитный чехол для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика 6T/Tc, 6VT-D (поролоновый)	1 шт.
9	Загубники защитные интраоперационные	Каталожный номер H45521CB	1 шт.

			интраоперационный		
		10	Датчики широкополосные объемного сканирования секторный фазированный 4Vc-D	Каталожный номер H40482LS 1,4-5,2 МГц, Матричный монокристальный датчик для объемной реконструкции сердца. Клиническое применение: Взрослая кардиология, транскраниальные исследования	1 шт.
		Программное обеспечение:			
		1	Функция встроенная для работы с программным обеспечением AFI, цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда, активируемая электронным ключом	Каталожный номер H45601WG Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции ЛЖ.	1 шт.
4.	Требования условиям эксплуатации	Температурный диапазон при эксплуатации: от 5 до 35°C (от 41 до 95°F). Относительная влажность 30-75%, без образования конденсата. Атмосферное давление 106 – 70 кПа Требования к питающей сети, обеспечиваемые Заказчиком. Напряжение 110 - 240 В/50-60Гц, не менее 10 Ампер			
5.	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)	DDP, пункт назначения			
6.	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	150 календарных дней, не позднее «10» декабря 2026г.			
		Адрес:			
7.	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 36 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			

Заместитель директора Богославский П. В.
Руководитель хирургической службы Жашкеев А. К.
Руководитель кардиологической и терапевтической службы Жазбаева Г. Ж.
Заведующая ОЛФД Абдрахимова М. У.