

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0007468К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бескарагайская районная больница» управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, Бескарагайский район, Бескарагайский сельский округ, село Бескарагай, улица Пушкина, здание 2А, почтовый индекс 070300
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная и амбулаторная медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – Стационар 43 коек, Поликлиник/43
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Муканов Жанибек Муратулы
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Калдаманов Бекжан Мейрашович
- 7) Наименование медицинской техники – Низкотемпературный плазменный стерилизатор (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Клинико-диагностическая поликлиника, кабинет стерилизации инструментов (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Впервые
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03133 от 19.02.2026 года, № заявки 0007468К от 12.03.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
	ИТОГО						0	0	0%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации аналогичная/идентичная медицинская техника отсутствует.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%
1	Клинико-диагностическая поликлиника, кабинет стерилизации инструментов	4520	5023	11.12	5210	3.72

	ИТОГО	4520	5023	11.12	5210	3.72
--	--------------	------	------	-------	------	------

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 11,12%, а в 2025г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 3,72%. Учитывая резкое изменение количества пациентов, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 5210

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Стерилизация насадок коагулятора, видеогастроскопа и другого термочувствительного инструментария	5210	1 - 2
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 5210 Общая сумма на 1 единиц: 5210	1.50

Вывод: ОЗ планирует выполнять 5210 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1,5.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
	ИТОГО:		0	0	0	0	0

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом место дислокации аналогичная/идентичная медицинская техника отсутствует.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Стерилизация насадок коагулятора, видеогастроскопа и другого термочувствительного инструментария	4674 м.у. в год

* Примечание: (согласно предоставленным данным КТО). Среднее время оказания услуги - 25 минут, 8-ми часовом рабочем дне, 5 рабочих дней в неделю, среднее количество услуг в день -19 услуг.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	5210	1.50	7815.00	0	7815.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	5210	4674	1.11	0.5

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 4674 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 1,11, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Медсестра - 1	Медицинская сестра - 1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификацио нная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	Евгеньевна Елена Шушпанов а	07.01.1974	Медицинск ая сестра	Семипала тинская медицинс кая училище	сестрин ское дело	ПТ-1 № 375301	02.07. 1993	32 года 4 месяца лет	№ : KZ46VBM 02174144 Дата выдачи: 05.10.2023 Срок действия: 05.10.2028	высшая	№ : 140/93 дата выдачи: 26.11.2022

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Врач	0	0	0	
2	Водитель	0	0	0	
3	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 01.04.2026 17:30</p>
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

