

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0007443К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан.область Абай.г.Курчатов,ул.Курчатова,здание 9
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная и амбулаторная медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 10312 прикрепленное население,/14
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Садыбекова Даурия Сейсеновна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Касенова Екатерина Александровна
- 7) Наименование медицинской техники – Аппарат рентгеновский маммографический (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Кабинет маммографии (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Лучевая диагностика
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03136 от 20.02.2026 года, № заявки 0007443К от 10.03.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
1	Маммограф рентгеновский GAIA DIGITAL с принадлежностями	маммография	1	24130005	01.08.2014	100.00 %	0	3316	100%	Кабинет маммографического обследования	Рабочее
ИТОГО							0	3316	100.00%		

Вывод: В организации здравоохранения 1 единица аналогичной/идентичной медицинской техники, со 100,00 % износом, в рабочем состоянии.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%

1	Кабинет маммографии	2749	3001	9.16	3316	10.49
	ИТОГО	2749	3001	9.16	3316	10.49

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 9,16%, а в 2025г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 10,49%. Учитывая резкое изменение количества пациентов, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 3316

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Прицельная маммография (1 проекция)	500	1
2	Маммография (4 снимка)	3000	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 3500 Общая сумма на 1 единиц: 3500	1.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 3500 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
1	Маммограф рентгеновский GAIA DIGITAL с принадлежностями	маммография	2749	3001	9.16	3316	10.49
	ИТОГО:		2749	3001	9.16	3316	10.49

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 9,16%, а в 2025 г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 10,49%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Прицельная маммография (1 проекция)	3444 м.у. в год
2	Маммография (4 снимка)	3444 м.у. в год

* Примечание: Среднее время оказания услуги – 25 минут, при 6-ти часовом рабочем дне, пятидневной рабочей недели (согласно предоставленным данным КТО).

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	3316	1.00	3316.00	0	3316.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	3316	3444	0.96	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 3444 медицинских услуг в год на 1 единицу, определяем коэффициент потребности, который равен 0,96, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
----------	---	-------------------------------------

1	Рентген лаборант-1	Рентген лаборант-1
2	Врач-1	Врач рентгенолог-1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификационная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	Сейсенович Рахат Садыбеков	30.11.1979	Врач рентгенолог	Семипалатинская государственная медицинская академия	Лечебное дело	ЖБ № 0474009	25.06.2004	19 лет	№ : KZ13VBM 02170664 Дата выдачи: 02.10.2023 Срок действия: 02.10.2028	без категории	
2	Николаевна Ирина Шешнева	17.02.1968	Рентген лаборант	Семипалатинское медицинское училище	Медицинская сестра	ЗТ-1 192062	04.07.1986	37 лет	№ : KZ56VBM 01909639 Дата выдачи: 22.10.2022 Срок действия: 22.10.2027	высшая	№ : 3183 дата выдачи: 25.03.2022

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Водитель	0	0	0	
2	Врач	0	0	0	
3	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 26.03.2026 18:13</p>
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

