

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0007605K

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, область Абай, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты, улица Қ.Аухадиева, дом 46
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационарно-замещающая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 40/2
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Габдуллин Махат Амангельдинович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Нурекенова Алина Сергеевна
- 7) Наименование медицинской техники – Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Операционный блок (стерилизация МИ) (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03168 от 27.02.2026 года, № заявки 0007605K от 30.03.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	3=2/1*100 %		
1	Аппарат Стерилизатор паровой вертикальный круглый, огневой односторонний.	Стерилизация	1	0000000364	02.11.2005	100,00 %	0	0	100%	Кабинет лаборанта	Рабочее
2	Камера дезинфекционная паровая, объем камеры 3 м куб	Стерилизация	1	0000000902	01.01.2011	100,00 %	0	0	100%	Стерилизационная	Рабочее
3	Стерилизатор ГП - 40 - Ох - ПЗ (40 литров, 180*С)	Стерилизация	1	000001417	02.09.2014	100,00 %	0	0	100%	Кабинет врача	Рабочее
4	Стерилизатор ГП-40-01-2М-Ч	Стерилизация	1	0000000024	01.02.2006	100,00 %	0	0	100%	Кабинет здорового ребенка	Рабочее

5	Стерилизатор ГП-40-01-2М-Ч	Стерилизация	1	000001416	06.09.2014	100,00 %	0	0	100%	Кабинет доврачебного приема	Рабочее
6	Стерилизатор паровой вертикальный круглый.Объемом 75 л	Стерилизация	2	46	20.06.2023	100,00 %	0	0	100%	Кабинет лаборанта	Рабочее
7	Стерилизатор паровой ВК-75-1 вертикальный (75 литров, 132*С)	Стерилизация	1	000000103	20.01.2011	100,00 %	0	626	100%	Большая операционная (зал)	Рабочее
8	Стерилизатор паровой ВК-75-1 вертикальный (75 литров, 132*С)	Стерилизация	1	000001004	20.01.2011	100,00 %	0	640	100%	Малая операционная (зал)	Рабочее
9	Стерилизатор паровой ГК-100-3 М	Стерилизация	1	00000522	20.01.2011	100,00 %	0	0	100%	Стерилизационная	Рабочее
10	Стерилизатор паровой ГК-100-3 М	Стерилизация	1	000000521	25.01.2011	100,00 %	0	0	100%	Стерилизационная	Рабочее
11	Стерилизатор паровой ГК-10-1 горизонтальный (10 литров, 132*С)	Стерилизация	1	000001418	02.09.2014	100,00 %	0	0	100%	Кабинет врача общей практики	Рабочее
12	Стерилизатор паровой ГП-400-1 горизонтальный (400 литров, 132*С)	Стерилизация	1	000000477	20.01.2011	100,00 %	0	0	100%	Приемное отделение стационара	Рабочее

13	Стерилизатор паровой ГП-400-1 горизонтальный (400 литров, 132*С)	Стерилизация	1	000000623	20.01.2011	100,00 %	0	0	100%	Клинико-диагностическая лаборатория	Рабочее
	ИТОГО						0	1266	100,00%		

Вывод: В организации здравоохранения 14 единицы аналогичной/идентичной медицинской техники, с износом 100% в рабочем состоянии. При расчете потребности учитывается место дислокации (Операционный блок (стерилизация МИ)).

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%
1	Операционный блок (стерилизация МИ)	1250	1466	17,28	1266	-13,64
	ИТОГО	1250	1466	17,28	1266	-13,64

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 17,28%, а в 2025г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -13,64%. Учитывая резкое изменение количества пациентов, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 1266

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
-------	---	---	---

1	Стерилизация медицинских изделий паром	250	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 250 Общая сумма на 1 единиц: 250	1,00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 250 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
1	Аппарат Стерилизатор паровой вертикальный круглый, односторонний.	Стерилизация	0	0	-	0	-
2	Камера дезинфекционная паровая, объем камеры 3 м куб	Стерилизация	0	0	-	0	-
3	Стерилизатор ГП - 40 - Ох - ПЗ (40 литров, 180*С)	Стерилизация	0	0	-	0	-
4	Стерилизатор ГП-40-01-2М-Ч	Стерилизация	0	0	-	0	-
5	Стерилизатор ГП-40-01-2М-Ч	Стерилизация	0	0	-	0	-
6	Стерилизатор паровой вертикальный круглый.Объемом 75 л	Стерилизация	0	0	-	0	-

7	Стерилизатор паровой вертикальный (75 литров, 132*С) ВК-75-1	Стерилизация	610	720	18,03	626	-13,06
8	Стерилизатор паровой вертикальный (75 литров, 132*С) ВК-75-1	Стерилизация	640	746	16,56	640	-14,21
9	Стерилизатор паровой ГК-100-3М	Стерилизация	0	0	-	0	-
10	Стерилизатор паровой ГК-100-3М	Стерилизация	0	0	-	0	-
11	Стерилизатор паровой горизонтальный (10 литров, 132*С) ГК-10-1	Стерилизация	0	0	-	0	-
12	Стерилизатор паровой горизонтальный (400 литров, 132*С) ГП-400-1	Стерилизация	0	0	-	0	-
13	Стерилизатор паровой горизонтальный (400 литров, 132*С) ГП-400-1	Стерилизация	0	0	-	0	-
	ИТОГО:		1250	1466	17,28	1266	-13,64

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 17,28%, а в 2025 г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -13,64%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
--------------	------------------------	---

1	Стерилизация медицинских изделий паром	246 м.у. в год
---	--	----------------

* Примечание: (согласно предоставленным данным КТО). При оказании медицинских услуг с помощью реанимационного оборудования и оборудования, применяемого для (при) хирургического (-ом) и инвазивного (-ом) вмешательства (-е), а также оборудования для патологоанатомических служб, служб скорой помощи, реанимационных служб и служб родовспоможения (распространяется на непосредственное место родоразрешения (родильный зал, родильная палата)) Удень= 1, при 5 дневной рабочей неделе.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	1266	1,00	1266,00	0	1266,00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	250	246	1,01	0.3

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 246 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 1,01, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Медсестра - 1	Медицинская сестра ЦСО - 1, Медицинская сестра - 1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификацио нная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	К. Э. Қажыбеков а	24.05.2004	Медицинск ая сестра ЦСО	УО " Высший медицинс кий колледж "Авиценн а" г.Семей	" Лечебн ое дело"	ТКБ № 193628 9	27.06. 2023	1 год 6 месяцев лет	№ : KZ37VBM 02299921 Дата выдачи: 16.04.2024 Срок действия: 16.04.2029	без категории	

2	А. Г. Чукуева	28.02.1974	Медицинская сестра	медицинский колледж "Авиценна"	"Сестринское дело"	ОБКБ № 002250 от	27.06.2023	7 месяцев лет	№ : KZ58VBM 02685021 Дата выдачи: 27.02.2025 Срок действия: 27.02.2030	без категории	
---	---------------	------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	------------------	------------	---------------	--	---------------	--

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:

№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Врач	0	0	0	
2	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
3	Водитель	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 22.04.2026 17:28
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

