

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008637К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуатская районная больница" управления здравоохранения области Абай"
- 2) Юридический адрес – РК, Область Абай , Аксуатский район с.Аксуат ул. Сейфуллина , 9
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар замещающая, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 42 койки 18126 прикрепленное н/14
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Аштаева Алмагуль Мухамедкаримовна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Мухсина Галия Женисовна
- 7) Наименование медицинской техники – Система цифровой маммографии с принадлежностями (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Кабинет маммографического обследования (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Лучевая диагностика
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03132 от 19.02.2026 года, № заявки 0008637К от 20.07.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
1	Аппарат рентгеновский маммографический для рентгенодиагностики грудных желез	маммография	1	13700072	01.01.2011	100.00 %	0	1093	100%	Кабинет маммографического обследования	Рабочее
ИТОГО							0	0	0%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации имеется 1 единица аналогичной/идентичной медицинской техники, со 100% износом.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%

1	Кабинет маммографического обследования	2211	2402	8.63	2427	1.04
	ИТОГО	2211	2402	8.63	2427	1.04

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 8,63%, а в 2025г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 1,04%. Учитывая среднее изменение количества пациентов на 4,83%, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 2544

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Маммография (4 снимка)	2000	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 2000 Общая сумма на 1 единиц: 2000	1.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 2000 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%

1	Аппарат рентгеновский маммографический для рентгенодиагностики грудных желез	маммография	1013	1166	15.10	1093	-6.26
	ИТОГО:		1013	1166	15.1	1093	-6.26

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 15,1%, а в 2025 г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -6,26%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Маммография (4 снимка)	3458 м.у. в год

* Примечание: Среднее время оказания услуги 25 мин, при 6 часовом рабочем дне, 5 дневной рабочей неделе, согласно предоставленным данным КТО.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/ п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	2544	1.00	2544.00	0	2544.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/ п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	2000	3458	0.57	0.5

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 3458 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 0,57, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Рентген лаборант - 1	Рентген лаборант - 1
2	Врач - 1	Врач рентгенолог - 1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификацио нная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	Шарипхан овна Анар Амангарае ва	04.06.1982	рентген- лаборант	Семипала тинский государст венный медицинс кий колледж им.Д,Кал матаева	Лечебн ое дело	027204 5	05.07. 2004	21 лет	№ : KZ53VBM 03182527 Дата выдачи: 24.09.2025 Срок действия: 24.09.2030	без категории	№ : KZ41VWF 00371803 дата выдачи: 19.06.2025
2	Рашидович Рауан Баяхметов	28.09.1991	врач- рентгеноло г	Государст венный медицинс кий универси тет города Семей	общая медици на	003534 4	27.06. 2016	10 лет	№ : KZ73VBM 02009243 Дата выдачи: 18.04.2023 Срок действия: 18.04.2028	без категории	№ : KZ36VWF 00478593 дата выдачи: 10.12.2025

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Врач	0	0	0	
2	Водитель	0	0	0	
3	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Подписано: Руководитель СЕЙДУАЛИЕВ ГАБИТ Время подписи: 31.07.2026 16:18</p>
---	---

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

