

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0007455K

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуатская районная больница" управления здравоохранения области Абай"
- 2) Юридический адрес – РК, Область Абай , Аксуатский район с.Аксуат ул. Сейфуллина , 9
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар замещающая, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 42 койки 18126 прикрепленное н/16
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Аштаева Алмагуль Мухамедкаримовна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Мухсина Галия Женисовна
- 7) Наименование медицинской техники – Стерилизатор паровой (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Стерилизационная (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03132 от 19.02.2026 года, № заявки 0007455K от 11.03.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	3=2/1*100 %		
1	Паровой стерилизатор/Авт оклав, тип " Униклав 88"	Стерилизация медицинских изделий	1	13700041	01.04.2011	100.00 %	0	0	100%	Лаборатория	Рабочее
2	Паровой стерилизатор/Авт оклав, тип " Униклав 88"	Стерилизация медицинских изделий	1	13700042	01.04.2011	100.00 %	0	0	100%	Стерилизационная	Рабочее
3	Стерилизатор паровой вертикальный круглый. Объемом 75 л	Стерилизация медицинских изделий	1	13700209	01.01.2007	100.00 %	0	0	100%	Стерилизационная	Рабочее
4	Стерилизатор паровой ГК-100-3 М	Стерилизация медицинских изделий	1	4	21.07.2011	100.00 %	0	0	100%	Кабинет врача общей практики	Не рабочее

5	Стерилизатор паровой ГК-100-3 М	Стерилизация медицинских изделий	1	13700461	01.01.2015	92.50%	147	0	0%	Стерилизационная	Рабочее
	ИТОГО						147	0	0.00%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации 3 единицы аналогичной/идентичной медицинской техники, с 92,5% и 100% износом, в рабочем состоянии.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%
1	Стерилизационная	4992	5112	2.40	6060	18.54
	ИТОГО	4992	5112	2.4	6060	18.54

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 2,4%, а в 2025г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 18,54%. Учитывая резкое изменение количества пациентов, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 6060

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
-------	---	---	---

1	Стерилизация медицинских изделий паром	1500	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 1500 Общая сумма на 1 единиц: 1500	1.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 1500 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
1	Паровой стерилизатор/Автоклав, тип " Униклав 88"	Стерилизация медицинских изделий	1103	2561	132.18	0	-
2	Паровой стерилизатор/Автоклав, тип " Униклав 88"	Стерилизация медицинских изделий	4992	5112	2.40	0	-
3	Стерилизатор паровой вертикальный круглый. Объемом 75 л	Стерилизация медицинских изделий	288	300	4.16	0	-
4	Стерилизатор паровой ГК-100-3М	Стерилизация медицинских изделий	2245	1126	-49.84	0	-
5	Стерилизатор паровой ГК-100-3М	Стерилизация медицинских изделий	1356	1125	-17.04	0	-
	ИТОГО:		9984	10224	0	0	0

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 2,4%, а в 2025 г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -100%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Стерилизация медицинских изделий паром	1968 м.у. в год

* Примечание: Среднее время оказания услуги 60мин, при 8 часовом рабочем дне, 5 дневной рабочей неделе.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	6060	1.00	6060.00	147	5913.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/ п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	1500	1968	0.76	0.5

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 1968 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 0,76, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Медицинская сестра стерилизационной- 1	Медицинская сестра стерилизационной- 1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)	Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификационная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
-------	-------	--------------	-----------	--	-------------	--	--	--

Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:

1	Муратбековна Айнура Карыкболова	10.02.1988	Медицинская сестра стерилизационной	КГКП Государственный медицинский колледж имени Д.Калматаева города Семей	медицинская сестра	ТКБ 0016925	05.06.2011	15 лет	№ : KZ23VBM 03272113 Дата выдачи: 19.11.2025 Срок действия: 19.11.2030	высшая	№ : KZ45VWF 00387154 дата выдачи: 14.07.2025
---	---------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--------------------	-------------	------------	--------	--	--------	---

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:

№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Водитель	0	0	0	
2	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
3	Врач	0	0	0	

	Всего бригад	
--	--------------	--

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 03.04.2026 17:31
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

