

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00087040

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик  
медицинской техники

### Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, Аягозский район, город Аягоз, улица Е.Рахимова, здание 1/1, почтовый индекс 180100
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар замещающая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 200/36
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Омаров Шалкар Жунусович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Кулмаганбетова А. С.
- 7) Наименование медицинской техники – Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" в следующих исполнениях: "ПроСкан-2000"
- 8) Место дислокации медицинской техники – кабинет флюорографии (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Лучевая диагностика
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/02921 от 06.01.2026 года, № заявки 00087040 от 23.07.2026 г.

## 2. Технический анализ медицинской техники

| № п/п | Наименование медицинских услуг            | Комплектация запрашиваемой медицинской техники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соответствие  |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Диагностическая флюорография (1 проекция) | Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента: из композитных материалов.<br>Устройство сканирующее (система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе), в том числе: полупроводниковый линейный детектор для исполнения "ПроСкан-2000".<br>Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП - 1 шт..<br>Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе РС (АРМ).<br>Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный * - 1 шт..<br>Набор мебели, в том числе: стол компьютерный - 1 шт.; кресло компьютерное - 1 шт.. | Соответствует |
| 2     | Диагностическая флюорография (2 проекции) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует |

**Вывод:** Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Рекомендуется:** Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.  
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронные цифровые подписи документа | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан<br><br>Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК<br>Время подписи: 10.08.2026 17:28 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

