

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00086950

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника № 2 города Семей» управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Республика Казахстан область Абай, г.Семей, Байтурсынова, 27
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Консультативно-диагностическая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 31249/72
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Мухаметчанов Рашид Габдрахманович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Ешимова Асем Мухамедиевна
- 7) Наименование медицинской техники – Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" в следующих исполнениях: "ПроСкан-2000"
- 8) Место дислокации медицинской техники – Кабинет лучевой диагностики (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Лучевая диагностика
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03129 от 18.02.2026 года, № заявки 00086950 от 21.07.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Диагностическая флюорография (2 проекции)	Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента: из композитных материалов. Устройство сканирующее (система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе), в том числе: полупроводниковый линейный детектор для исполнения "ПроСкан-2000". Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-"АМИКО". Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе РС (АРМ). Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный. Набор мебели.	Соответствует
2	Диагностическая флюорография (1 проекция)		Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 04.08.2026 15:25
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

