

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00089660

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 4 города Семей" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, область Абай, город Семей, квартал 35, дом 18Г, почтовый индекс 071408
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Амбулаторно- поликлиническая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 25358/16
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Даулбеков Думанбек Сериккалиевич
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Тасболатов Дидар Ислямтаевич
- 7) Наименование медицинской техники – Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq TOTUS с принадлежностями
- 8) Место дислокации медицинской техники – Кабинет врача ультразвуковой диагностики (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Ультразвуковая диагностика
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Дополнительно к имеющимся
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03144 от 24.02.2026 года, № заявки 00089660 от 19.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	УЗИ щитовидной железы	<p>Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Totus.</p> <p>Датчик конвексный C1-6-D.</p> <p>Датчик секторный фазированный M5Sc-D.</p> <p>Датчик линейный ML6-15-D.</p> <p>Датчик микроконвексный IC5-9D.</p> <p>Русифицированная клавиатура.</p> <p>Комплект документации на русском языке.</p> <p>Комплект документации на казахском языке.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме DICOM.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме B-flow.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме FLOW QA.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Measure Assist Breast.</p> <p>Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии – Elastography.</p> <p>Программное обеспечение для количественного анализа ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии - Quantitative Elastography..</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме UGAP.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Compare Assistant.</p> <p>Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Thyroid Productivity.</p> <p>Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Breast Productivity Package.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Auto Preset Assistant.</p> <p>Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Auto Abdominal Color Assistant.</p> <p>Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме непрерывно-волнового доплера CW Doppler.</p> <p>Устройство для печати черно-белых медицинских ультразвуковых изображений.</p> <p>Держатель для датчика.</p> <p>Подогреватель геля.</p>	Соответствует
2	УЗИ гинекологическое (трансвагинальное)		Соответствует
3	УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи		Соответствует

13	УЗИ почек	Соответствует
14	УЗДГ брахиоцефального ствола	Соответствует
15	УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички)	Соответствует
16	УЗИ печени	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 14.09.2026 16:47
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

