

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0003392К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 7 города Семей" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, Проспект Шакарима, дом 2Б, почтовый индекс 071400
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Первичная медико-санитарная помощь,
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 34069/3
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Нуриденова Райхан Куанышбековна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Андреев Вячеслав Анатольевич
- 7) Наименование медицинской техники – Стерилизатор паровой (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Центральное стерилизационное отделение, стерилизационно-автоклавная (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Стерилизация медицинских инструментов
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Дополнительно к существующей
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2025/02649 от 24.02.2025 года, № заявки 0003392К от 27.02.2025 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	3=2/1*100 %		
1	Стерилизатор паровой ГК-100-3 в комплекте	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	241000303	06.06.2018	19,75%	592	2232	100%	Стерилизационная	Рабочее
2	Стерилизатор паровой ГК-100-3 М	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	241000304	06.06.2018	19,75%	592	2136	100%	Стерилизационная	Рабочее

	ИТОГО						1184	4368	100,00%		
--	--------------	--	--	--	--	--	------	------	---------	--	--

Вывод: В организации здравоохранения имеется 2 единицы аналогичной/идентичной медицинской техники, со 19,75% износом, в рабочем состоянии.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2022	2023	%	2024	%
1	Стоматология	6060	4500	-25,74	5280	17,33
2	ЦАХ операционная	1270	980	-22,83	1125	14,79
3	Эндоскопия	1132	980	-13,42	1056	7,75
4	Хирургия	24096	19200	-20,31	21648	12,75
5	Физиотерапевтическое отделение	5460	5100	-6,59	5280	3,52

6	Женская смотровая	2640	2640	0,00	2640	0,00
7	Гинекология	3720	4200	12,90	3960	-5,71
8	ЛОР	12120	10300	-15,01	11210	8,83
9	Офтальмология	398	130	-67,33	264	103,07
	ИТОГО	56896	48030	-15,58	52463	9,22

Вывод: в 2023г. по отношению к 2022г. отмечается уменьшение количества пациентов на -15,58%, а в 2024г. отмечается увеличение по отношению к 2023г. на 9,22%. Учитывая резкое изменение количества пациентов, прогнозируемое количество пациентов на 2025г. = 52463

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	744	1 - 3

	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 744 Общая сумма на 1 единиц: 744	2,00
--	--------------	---	------

Вывод: ОЗ планирует выполнять 744 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 2,00.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2022	2023	%	2024	%
1	Стерилизатор паровой ГК-100-3 в комплекте	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	2000	1986	-0,70	2232	12,38
2	Стерилизатор паровой ГК-100-3М	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	2078	2284	9,91	2136	-6,47
	ИТОГО:		4078	4270	4,7	4368	2,3

Вывод: в 2023г. по отношению к 2022 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 4,7%, а в 2024 г. отмечается увеличение по отношению к 2023г. на 2,3%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	738 м.у. в год

* Примечание: Среднее время стерилизации при 160°C составляет 150 минут с учетом всего цикла работы стерилизатора включая время на разогрев стерилизатора, время на стерилизацию инструментов. За 8 часовой рабочий день – 480 мин:150 мин.= 3 цикла стерилизации в смену, 5 рабочих дней в неделю (согласно предоставленным данным КТО).

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	52463	2,00	104926,00	1184	103742,00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	744	738	1,00	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 738 медицинских услуг в год на 1 единицу, определяем коэффициент потребности, который равен 1,00, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Медсестра ЦСО-1	Медсестра ЦСО-2

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификацио нная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
----------	-------	-----------------	-----------	---	--	--	--	----------------	---	---	--

Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:

1	Серикхановна Галия Омарова	05.08.1970	Медсестра ЦСО	Семипалатинское медицинское училище	медицинская сестра	НТ-I № 370430	26.07.2023	30 лет	№ : KZ30VBM 02101488 Дата выдачи: 26.07.2023 Срок действия: 26.07.2028	без категории	№ : KZ45VWF 00287244 дата выдачи: 28.01.2025
---	----------------------------	------------	---------------	-------------------------------------	--------------------	---------------	------------	--------	--	---------------	---

2	Токешевна Шынар Рахимова	13.09.1973	Медсестра ЦСО	Медицинс кий колледж "Авиценн а"	медици нская сестра общей практик и	ТКБ 135712 4	16.02. 2022	5 лет	№ : KZ03VBM 01682158 Дата выдачи: 16.02.2022 Срок действия: 16.02.2027	без категории	№ : 1007 дата выдачи: 29.01.2022
---	--------------------------------	------------	------------------	--	--	--------------------	----------------	-------	---	---------------	--

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:

№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Водитель	0	0	0	
2	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
3	Врач	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель ЕРМАГАМБЕТОВА КУРАЛАЙ Время подписи: 20.03.2025 16:44
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

