УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию - Член Правления
Сейдуалиев Г. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008711О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:
1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника № 7 города Семей" управления здравоохранения области Абай
2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, Проспект Шакарима, дом 2Б, почтовый индекс 071400
3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Амбулаторно-поликлиническая помощь
4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 34069/45
5) Руководитель организации здравоохранения – Ахметкалиева Райхан Куанышбековна
6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Андреев Вячеслав Анатольевич
7) Наименование медицинской техники – Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" в следующих исполнениях: "ПроСкан-2000"
8) Место дислокации медицинской техники – Отделение лучевой диагностики. Кабинет флюорографии (1 ед.)
9) Область применения медицинской техники – Лучевая диагностика
10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03215 от 17.03.2026 года, № заявки 0008711О от 24.07.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Диагностическая флюорография (2 проекции)	Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента: из композитных материалов. Устройство сканирующее (система регистрациирентгеновского изображения наполупроводниковом детекторе),в том числе:-полупроводниковый линейный детектор для исполнения "ПроСкан-2000" - 1шт. Устройство рентгеновское питающеевысокочастотное УРП-ВЧ-РП - 1шт.. Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе РС (АРМ) - 3 шт.. Облучатель бактерицидный настенныйрециркуляторный - 1шт.. Набор мебели, в том числе:стол компьютерный - 1 шт.;кресло компьютерное - 1 шт..	Соответствует
2	Диагностическая флюорография (1 проекция)		Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объёме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель СЕЙДУАЛИЕВ ГАБИТ Время подписи: 30.07.2026 17:28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.