

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00087690

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница № 1 города Семей" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – РК, область Абай, г.Семей, ул.Кабельный переулок 1
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационарозамещающая, консультативно-диагностическая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 130/2
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Шамшин Ержан Магыпарович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Оспанова Люция Хасановна
- 7) Наименование медицинской техники – Видеосистема эндоскопическая UX5 в комплекте с принадлежностями
- 8) Место дислокации медицинской техники – операционный блок (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Хирургия
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03138 от 20.02.2026 года, № заявки 00087690 от 31.07.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
-------	--------------------------------	--	--------------

1	Другая кольпотомия (удаление полипов, кист влагалища)	<p>Видеосистема эндоскопическая UX5 в комплекте с принадлежностямиРазрешение :3840*2160/4096*2160 пикселей; Частота обновления 50/60 Гц; Система ближней инфракрасной области спектра (NIR/ICG) ; Выводы: DVI*1, HDMI*2, 3G/12G-SDI*1. 3 режима NIR/ICG; 2 шт разъема USB на передней панели; 7,8 дюймовый сенсорный дисплей, Наличие функции записи видео и фото с помощью флеш-накопителя USB или твердотельного накопителя в разных форматах, в том числе 4K High Definition, 4K Standard Definition, HD High Definition и HD Standard Definition; 4 режима цветопередачи. Максимальное количество конфигураций пользователя: 26.</p> <p>Кабель питания (Европейский стандарт).</p> <p>Головка камеры с программируемыми кнопками (CH5-SW110). Длина стандартного кабеля 4,5 м; Поддерживает визуализацию белого; света и флуоресцентную визуализацию; Разрешение 3840x2160 пикселей; Защита от проникновения воды IPX7; 4 шт. кнопки управления головке видеокамеры, 3 шт из них программируемые; Наличие кнопки для реализации автофокуса; Наличие кнопки для управления записью изображения; Наличие кнопки для управления масштабированием ; Наличие кольца для ручной фокусировки,.</p> <p>ЖК-монитор 32 дюйма с разрешением 4K 3D режим [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]; Разрешение экрана 3840 x 2160 пикселей; Выводы: 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 2 x 12G-SDI; Выводы: 1 x 3G-SDI, 2 x 12G-SDI..</p> <p>Светодиодный источник света эндоскопический. Срок службы лампы: 60000 часов; Наличие автоматического определения световодного кабеля; Наличие кнопка регулировки интенсивности на передней панели; Уровень интенсивности света:12; Создается излучение белого света и инфракрасного света ближнего диапазона; Выходной световой поток ≥3000000лм. 2 режима работы: ручной режим и автоматический режим..</p> <p>Кабель осветительный эндоскопический (φ4.8*3 м).</p> <p>Жесткий эндоскоп 30°, диаметр 10мм, рабочая длина 321 мм.</p> <p>Помпа эндоскопическая (Аспиратор-иригатор эндоскопический).</p> <p>Полужесткие остроконечные ножницы 5 Шр., длиной 400 мм.</p> <p>Полужесткие щипцы с зубчатыми браншами 5 Шр., длиной 340 мм.</p> <p>Контейнер для стерилизаций жесткого эндоскопа.</p> <p>Инсуффлятор эндоскопический.</p> <p>Плазменный электрод многоразового использования тип «петля», 26 Fr, 90°, Большая.</p> <p>Плазменный электрод многоразового использования тип «петля», 26 Fr, 90°, Средняя.</p> <p>Плазменный электрод многоразового использования, тип «шар /ролик», 26Fr, 90°.</p> <p>Плазменный электрод многоразового использования, тип «игла», 26Fr, 45°.</p> <p>Жесткий эндоскоп 12° Ф4 мм серии М.</p> <p>Наружный тубус резектоскопа, 26Fr.</p> <p>Внутренний тубус резектоскопа, 26Fr.</p> <p>Рабочий элемент, 26Fr, пассивный.</p> <p>Обтюратор, 26Fr, стандартный.</p> <p>Высокочастотный кабель многоразового использования.</p> <p>Генератор ультразвуковой, электрохирургический.</p> <p>Электрод для абляций.</p> <p>Нейтральный электрод.</p> <p>Одноразовый изогнутый зажим Maryland для диссекции φ5X330.</p> <p>Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, Maryland φ5X360, с кремальерой.</p> <p>Прямой зажим, атравматический, для диссекции φ5X360.</p> <p>Щипцы для захвата типа «тигровая челюсть» по Manhes, 2X4 зубца φ5X360, с кремальерой.</p> <p>Щипцы для захвата, атравматические, изогнутые по CROCE-OLMI φ5X360, с кремальерой.</p> <p>Зажим со специальной мелкой атравматической насечкой φ5X360.</p> <p>Ножницы METZENBAUM, изогнутые φ5X360.</p> <p>Монополярный кабель 3200мм.</p> <p>Биполярный кабель 3000 мм.</p> <p>Иглодержатель с V- образной ручкой и изогнутым вправо наконечником φ5X330.</p> <p>Троакар φ5×95.</p> <p>Троакар φ10×95.</p>	Соответствует
---	---	--	---------------

2	Гистероскопия	Соответствует
3	Абляция эндометрия	Соответствует
4	Другие манипуляции на шейке матки и матке	Соответствует
5	Пересечение внутриматочной спайки	Соответствует
6	Удаление полипа цервикального канала	Соответствует
7	Лапароскопическая консервативная миомэктомия или гистерорезекция субмукозных узлов	Соответствует
8	Гистероскопия с биопсией (закрытая биопсия матки)	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 13.08.2026 16:33
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

