

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по МИ - Член Правления
Абдрахманов М.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0007491К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница № 1 города Семей" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – РК, область Абай, г.Семей, ул.Кабельный переулок 1
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационарозамещающая, консультативно-диагностическая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 130/2
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Шамшин Ержан Магыпарович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Оспанова Люция Хасановна
- 7) Наименование медицинской техники – Светодиодный хирургический светильник (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Операционный блок (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Хирургия
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03138 от 20.02.2026 года, № заявки 0007491К от 13.03.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
1	Светильник медицинский переносной	освещение	2	04	01.02.2000	100.00 %	0	0	100%	Перевязочная	Рабочее
2	Светильник медицинский стационарный "ARLAN" модификации: "CP-1-(3+3)", "CP-2-(3+4)", "CP-3-(3)-02", "CP-3-(3)-03", "CP-2-(4)	Освещение операционного поля	1	137000217	30.12.2010	100.00 %	0	375	100%	Большая операционная (зал)	Рабочее
3	Светильник медицинский хирургический передвижной	Освещение операционного поля	1	0	01.05.2010	73.50%	65	373	100%	Большая операционная (зал)	Рабочее

4	Светильник хирургический стационарный СР -2М (6+3 рефлектора	Освещение операционного поля	1	160302088	07.09.2023	57.00%	105	383	100%	Большая операционная (зал)	Рабочее
5	Светильники хирургические настенные и потолочные "ЭМАЛЕД" различных вариантов исполнения	Освещение операционного поля	1	160301897	24.12.2018	100.00%	0	381	100%	Большая операционная (зал)	Рабочее
ИТОГО							170	1512	100.00%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации 4 единицы аналогичной/идентичной медицинской техники, из которых 2 единицы со 100% износом.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%
1	Операционный блок	1661	1550	-6.68	1512	-2.45
	ИТОГО	1661	1550	-6.68	1512	-2.45

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается уменьшение количества пациентов на -6,68%, а в 2025г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -2,45%. Учитывая среднее изменение количества пациентов на -4,56%, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 1442

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Освещение операционного поля	350	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 350 Общая сумма на 1 единиц: 350	1.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 350 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
1	Светильник медицинский переносной	освещение	0	0	-	0	-
2	Светильник медицинский стационарный "ARLAN" модификации: "CP-1-(3+3)", "CP-2-(3+4)", "CP-3-(3)-02", "CP-3-(3)-03", "CP-2-(4)	Освещение операционного поля	500	380	-24.00	375	-1.32
3	Светильник медицинский хирургический передвижной	Освещение операционного поля	563	388	-31.08	373	-3.87

4	Светильник хирургический стационарный СР-2М (6+3 рефлектора	Освещение операционного поля	60	391	551.66	383	-2.05
5	Светильники хирургические настенные и потолочные "ЭМАЛЕД" различных вариантов исполнения	Освещение операционного поля	538	391	-27.32	381	-2.56
	ИТОГО:		1661	1550	-6.68	1512	-2.45

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023 г. отмечается уменьшение количества медицинских услуг на -6,68%, а в 2025 г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -2,45%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Освещение операционного поля	246 м.у. в год

* Примечание: При оказании медицинских услуг с помощью реанимационного оборудования и оборудования, применяемого для (при) хирургического (-ом) и инвазивного (-ом) вмешательства (-е), а также оборудования для патологоанатомических служб, служб скорой помощи, реанимационных служб и служб родовспоможения (распространяется на непосредственное место родоразрешения (родильный зал, родильная палата)) Удень = 1, при пятидневной рабочей неделе.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
-------	--	---	--	---	---

1	1442	1.00	1442.00	170	1272.00
---	------	------	---------	-----	---------

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	350	246	1.42	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 246 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 1,42, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Врач-1	Врач хирург-1
2	Медицинская сестра-1	Операционная медицинская сестра-1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)				Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификацио нная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:											
1	Ахметович Ержан Ибраев	05.07.1978	Врач хирург	Семипала типнский государст венный медицинс кий институт	Общая хирург ия	ЖБ № 016368 2	29.06. 2001	23 года 7 мес лет	№ : №KZ18VBM 02853357 Дата выдачи: 29.05.2025 Срок действия: 29.05.2030	высшая	№ : №0227 дата выдачи: 01.04.2022
2	Валерьевна Виктория Сивашова	23.07.1977	Операцион ная медицинск ая сестра	Семипала тинское медицинс кое училище	медици нская сестра	ОАБ-I № 000916 6	28.06. 1995	30 лет 6 мес лет	№ : №KZ31VBM 02846236 Дата выдачи: 28.05.2025 Срок действия: 27.05.2030	высшая	№ : №4023 дата выдачи: 28.03.2022

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Врач	0	0	0	
2	Водитель	0	0	0	
3	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

**Электронные цифровые подписи
документа**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК

Время подписи: 09.04.2026 17:28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

