

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Генерального директора по МИ - Члена Правления
Нурмуханов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0002786К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница скорой медицинской помощи» управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Область Абай, город Семей, улица Мичурина 140А
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, консультативно-амбулаторная медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 375/80
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Сабитов Ерсун Тюлютаевич
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Маралбаев Айбол Ролланович
- 7) Наименование медицинской техники – Стерилизатор паровой (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Центральное стерилизационное отделение (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой и дооснащение
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2024/01920 от 10.01.2024 года, № заявки 0002786К от 11.11.2024 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	$3=2/1*100\%$		
1	Стерилизатор паровой для DGM-80 (DGM-360), Швейцария	Стерилизация и обработка медицинских изделий	1	0137000989	23.12.2013	54.58%	904	38008	100%	Стерилизационная	Рабочее
2	Стерилизатор паровой для DGM-80 (DGM-360), Швейцария	Стерилизация и обработка медицинских изделий	1	0137000988	23.12.2013	54.58%	904	33662	100%	Стерилизационная	Рабочее
ИТОГО							1808	71670	100.00%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации 2 единицы аналогичной/идентичной медицинской техники, с 54,58% износом, в рабочем состоянии.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2021	2022	%	2023	%
1	Центральное стерилизационное отделение	70820	72670	2.61	77678	6.89
	ИТОГО	70820	72670	2.61	77678	6.89

Вывод: в 2022г. по отношению к 2021г. отмечается увеличение количества пациентов на 2,61%, а в 2023г. отмечается увеличение по отношению к 2022г. на 6,89%. Учитывая среднее изменение количества пациентов на 4,75%, прогнозируемое количество пациентов на 2024 г. = 81367 .

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/ п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Стерилизация водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения медицинских изделий	2000	1
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 2000 Общая сумма на 1 единиц: 2000	1.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 2000 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 1.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2021	2022	%	2023	%
1	Стерилизатор паровой для DGM-80 (DGM-360), Швейцария	Стерилизация и обработка медицинских изделий	37105	35570	-4.13	38008	6.85
2	Стерилизатор паровой для DGM-80 (DGM-360), Швейцария	Стерилизация и обработка медицинских изделий	33715	37100	10.04	33662	-9.26
	ИТОГО:		70820	72670	2.61	71670	-1.38

Вывод: в 2022г. по отношению к 2021 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 2,61%, а в 2023 г. отмечается уменьшение по отношению к 2022г. на -1,38%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/ п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Стерилизация водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения медицинских изделий	1992 м.у. в год

* Примечание: Среднее время оказания услуги 60 мин, при 8-ми часовом рабочем дне, 5 рабочих дней в неделю.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	81367	1.00	81367.00	1808	79559.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	2000	1992	1.00	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 1992 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 1, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
-------	---	-------------------------------------

1	Медсестра ЦСО	Медсестра ЦСО-2
---	---------------	-----------------

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)	Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификационная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:								
1	Толеуовна Светлана Сахариева	23.01.1961	Медсестра ЦСО	Медицинский институт ЭМИЛИ	17 лет лет	№ : KZ56VBM 01704484 Дата выдачи: 14.03.2022 Срок действия: 14.03.2027	высшая	№ : №10,07 дата выдачи: 23.07.2019
2	Зинадыловна Сания Жаксыбаева	23.06.1975	Медсестра ЦСО	Медицинский колледж АВИЦЕННА	7 лет лет	№ : KZ13VBM 02140012 Дата выдачи: 25.08.2023 Срок действия: 25.08.2028	вторая	№ : №03.05 дата выдачи: 25.05.2023

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Водитель	0	0	0	
2	Врач	0	0	0	
3	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Подписано: Руководитель НУРМУХАНОВ АЛТЫНБЕК Время подписи: 13.12.2024 18:47</p>
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

