

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00089350

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, улица Бекена Жамакаева, дом 100, почтовый индекс 071400
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационарзамещающая, амбулаторно-поликлиническая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 270/15
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Дайрбеков Аркат Кудайбердыевич
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Мясникова Ирина Викторовна
- 7) Наименование медицинской техники – Аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000, в модификациях: SLE6000
- 8) Место дислокации медицинской техники – Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (6 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Реаниматология.
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Дополнительно к существующей
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03223 от 27.03.2026 года, № заявки 00089350 от 12.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Искусственная вентиляция легких	<p>Аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000. Программный модуль Single Limb NIV. Программный модуль VTV (Традиционная вентиляция). Программный модуль HFOV. Программный модуль NIPPV Tr.. Программный модуль для мониторинга ETCO2. Многоразовый датчик потока. Глушитель. Кислородная ячейка. Контур пациента 10 мм, с двумя линиями нагрева. Увлажнитель. Аккумуляторная батарея. Мобильная стойка. Коленчатый держатель контуров. Генератор nCPAP. Стартовый набор MicroPod™. Назальная канюля для кислородной терапии новорожденных. Стартовый набор расходных материалов - многоразовый датчик потока и дыхательный контур пациента с одной линией нагрева. Набор для неинвазивной вентиляции легких (контур пациента). Шапочка для Miniflow и Medijet. Назальная маска для Miniflow. Шланг кислорода. Шланг воздуха. Компрессор медицинский подачи сжатого воздуха.</p>	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 28.08.2026 15:50
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

