УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по МИ - Член Правления
Абдрахманов М.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008910О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:
1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения области Абай
2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, улица Галиаскара Туктабаева, дом 54
3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар-замещающая помощь
4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 370/6
5) Руководитель организации здравоохранения – Шакенов Ерлан Рашитович
6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Рамазан Бауыржан Ерсултанович
7) Наименование медицинской техники – Видеокомплекс Evis X1 с принадлежностями для диагностических и малоинвазивных эндоскопических манипуляций
8) Место дислокации медицинской техники – Кабинет бронхоскопии (1 ед.)
9) Область применения медицинской техники – Эндоскопия
10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03220 от 20.03.2026 года, № заявки 0008910О от 10.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Бронхоскопия лечебная	Видеоинформационный центр /CV-1500/ Видеоинформационный центр со встроенным LED источником света. Содержит не менее пять светодиодов, которые объединены для создания разных режимов наблюдения. Наличие желтого светодиода. Срок службы светодиодов – не менее 10 000 часов. Наличие сенсорной панели на передней панели устройства. Наличие памяти для ввода информации не менее чем о 50 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора).Изображение с регулировкой яркости с помощью поддержания контраста —технология обработки изображений, позволяющая улучшить уровни яркости в темных областях эндоскопического изображения, в то же время поддерживая яркость более светлых областей для увеличения расстояния обзора - наличие. Технология визуализации с усилением структуры и света для улучшение видимости потенциально подозрительных участков, которые включают воспаления, плоские или вдавленные поражения, с использованием эффекта визуализации белого света, который улучшает цвет, структуру и яркость – наличие. Функция узкоспектральной визуализации – наличие. Технология, специально для цветного отображения в красной области спектра – наличие. Размеры видеоцентра не более 370х198х488 мм. Вес прибора, не более 20 кг. Потребление электричества не более 150 VA (220-240В).. Бронховидеоскоп /BF-H190//(взрослый). Бронховидеоскоп /BF-XP190/• Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки • Направление обзора – 0о (прямой обзор) • Угол поля зрения – 110о • Глубина резкости – 2-50 мм • Диаметр дистального конца – 3,1 мм • Диаметр вводимой трубки – 2,8 мм • Диаметр внутреннего канала – 1,2 мм • Углы изгиба рабочей части – 210о вверх, 130о вниз • Функция вращения рабочей части - наличие • Угол вращения рабочей части - 120 о вправо, 120 о влево • Длина рабочей части – 600 мм • Общая длина – 880 мм • Минимально расстояние видимости от дистального конца – 1,5 мм • Четыре программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления функциями видеопроцессора и источника света - наличие • Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета – наличие • Единый, влагозащищенный, коннектор, с функцией передачи светового и электрического сигнала - наличие. Отсос /SSU-2/Автоклавируемая крышка и поплавковое устройство – наличие. Легко заменяемый антимикробный фильтр – наличие. Указатель степени разрежения– наличие. Размер: высота 220 мм., ширина 225 мм., длина 380 мм. Вес прибора – 5.2 кг. Максимальное разрежение: - 85 kPa (-0.85 bar). Вместимость автоклавируемой емкости: 1.5 л. Рабочее напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц. Потребляемая мощность: 230 В : 130 ВА. Рабочая мобильная станция /K10029882/ глубина – 661мм, ширина – 520 мм, высота – 1100 мм (до рабочей поверхности верхнего лотка), вес – 87кг, нагрузочная способность верхней полки 10кг., нагрузочная способность средних полок и нижней 30 кг. максимальная выходная мощность не менее 1800VA. В мобильной рабочей: Наличие не менее 4-х антистатических роликов. Наличие не менее 2-х роликов с тормозами. Наличие не менее 4-х полок для оборудования. Наличие выдвижной полки для клавиатуры. Наличие держателя для ЖК монитора. Наличие держателя для гибких эндоскопов.	Соответствует

		Наличие трансформатора не менее 8 розеток 220В. Возможность перерегулирования полок по высоте. Наличие ручек для передвижения рабочей станции.. Монитор HD 27 дюймовый.	
2	Видеобронхоскопия диагностическая		Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объёме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 21.08.2026 16:06

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.