

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008911О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения области Абай
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Абай область, город Семей, улица Галиаскара Туктабаева, дом 54
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная, стационар-замещающая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 370/33
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Шакенов Ерлан Рашитович
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Рамазан Бауыржан Ерсултанович
- 7) Наименование медицинской техники – Видеосистема эндоскопическая UX5 в комплекте с принадлежностями
- 8) Место дислокации медицинской техники – Операционный блок Пациенты Легочно-хирургического отделения (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Хирургия.
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/03220 от 20.03.2026 года, № заявки 0008911О от 10.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Торакоскопическая плевральная биопсия	<p>Видеосистема эндоскопическая UX5 в комплекте с принадлежностями. Кабель питания (Европейский стандарт). Головка камеры с программируемыми кнопками (CH5-SR110). Лоток для стерилизаций головки камеры(контейнер стерилизационный). Длинный лоток для стерилизаций эндоскопа(контейнер стерилизационный). Мобильная тележка для медицинской электроаппаратур.. Держатель монитора (фиксированный) для мобильной тележки.. ЖК-монитор 55 дюймов. 3D очки. Накладка на очки 3D. Светодиодный источник света эндоскопический.. Кабель осветительный эндоскопический (φ4,8*3 м). Кабель осветительный эндоскопический (φ4,8*5 м). Жесткий эндоскоп 30°. 3D-видеоэндоскоп 4К. Помпа эндоскопическая (Аспиратор-ирригатор эндоскопический). Многоразовый комплект ирригационных трубок. Многоразовый комплект аспирационных трубок. Контейнер для стерилизаций жесткого эндоскопа. Инсуффлятор эндоскопический. Одноразовый фильтр для инсуффлятора. Трубка центральной подачи газа CO2. Трансдюсер. Ультразвуковой хирургический инструмент (ультразвуковой скальпель). Генератор ультразвуковой, электрохирургический. Тележка (стандартная). Электрод для коагуляции с крючкообразным наконечником φ5X330. Коагуляционный и диссекционный электрод, в форме шпателя φ5X330. Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, Maryland φ5X360, длинные. Зажим прямоугольный для диссекции φ5X360. Зажим прямоугольный для диссекции φ10X360. Зажим кишечный, окончатый, короткий φ5X360. Зажим кишечный, окончатый φ5X360, с кремальерой. Щипцы для захвата, атравматические, изогнутые по CROCE-OLMI φ5X360. Зажим BABCOCK φ5X360, с кремальерой. Щипцы для захвата атравматические φ5X360. Щипцы ложечного типа φ10X360, с кремальерой. Ножницы METZENBAUM, изогнутые φ5X360. Монополярный кабель 3200мм. Прямые биполярные щипцы φ5X360. Изогнутые биполярные щипцы φ5X360. Биполярный кабель 3000 мм. Клип-аппликатор для крепления средней-большой титановой скобы, одностороннего действия, φ10X330. Прямой иглодержатель с V-образной ручкой изогнутый влево φ5X330. Инструменты для наложения швов φ3×200. ЭНДО-Ретрактор φ5×360. Инструмент для аспирации и ирригации φ5×330. Троакар φ5×95.</p>	Соответствует

		<p>Троакар ф10×95. Коллачки уплотнительные ф5. Коллачки уплотнительные ф10. Переходники-конвертеры ф10- ф5. Игла Вереша ф2.7×150. Ретрактор на 5 пальцев ф10×330. Инструменты для наложения швов ф4×330. Эндоапликатор для зажима Nemolock среднего и большого размера ф5X330. Эндоапликатор для зажима Nemolock большого размера ф10X330. Эндоапликатор для зажима Nemolock очень большого размера ф10X330.</p>	
2	Трансплевральная торакоскопия		Соответствует
3	Торакоскопия диагностическая		Соответствует
4	Торакоскопический дренаж плевральной полости		Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 31.08.2026 17:25
---	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

