

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0008971О

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанская областная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата
- 2) Юридический адрес – Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, дом 26, почтовый индекс 070004
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная помощь, клинико-диагностическая помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – Стационар -319 коек/1 исследование в день согласно
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Буркутов Ерлан Толеугазыевич
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Калимов Куаныш Бакытбекович
- 7) Наименование медицинской техники – Операционный микроскоп OMS-800 в вариантах исполнения
- 8) Место дислокации медицинской техники – Операционная офтальмология (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Офтальмология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/3265 от 12.05.2026 года, № заявки 0008971О от 19.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Другие манипуляции на двух или более внеглазных мышцах на одном или обоих глазах (обеспечение визуализации при проведении всех видов офтальмологических операций, включая операции по коррекции стекловидного тела и удалению катаракты.)	Блок микроскопа. Основание на роликах с тормозами. Двусоставная металлическая колонна. Кронштейн для педали. Первый рычаг с панелью управления и информационным дисплеем. Второй рычаг. Коаксиальный бинокляр ассистента. Электромагнитная система блокировки движения рычагов. Кнопка принудительной блокировки движения рычагов. Пластиковые кожухи для первого рычага. Кожух для второго рычага. Блок осветителя с основной и запасной лампами. Держатель фронтальной Линзы. Контейнер для стерилизации. Автоклавируемые фронтальные линзы для витреоретинальной хирургии. Инвертер изображения с электроприводом. Блок горизонтального перемещения оптической головки. Светопроводящий кабель с гибким наружным армированием. Многофункциональная, влагонепроницаемая педаль управления. Набор силиконовых стерилизуемых колпачков на ручки управления. Кабель питания. Пылезащитный чехол. Инструкция по эксплуатации.	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 07.09.2026 08:31
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

