

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0007990К

по результатам проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования
медицинской техники

Раздел 1.Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
- 2) Юридический адрес – 070002 Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая 18
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь,
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 350/3
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Макашева Шолпан Ермаковна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Юрина Светлана Владимировна
- 7) Наименование медицинской техники – Паровые стерилизаторы (1 ед.)
- 8) Место дислокации медицинской техники – Отделение ЦСО (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Дезинфектология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Взамен старой
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/3260 от 06.05.2026 года, № заявки 0007990К от 29.05.2026 г.

2. Информация об имеющейся аналогичной и (или) идентичной медицинской технике в организации здравоохранения:

№ п/п	Наименование идентичной медицинской техники	Наименование оказываемых медицинских услуг	Количество единиц	Инвентарный номер	Срок ввода в эксплуатацию	Износ, в %	Пропускная способность медицинской техники с учетом износа, в медицинских услугах в год	Кол-во мед. услуг за последний год	% использования	Место дислокации	Техническое состояние
							1	2	3=2/1*100 %		
1	Паровые стерилизаторы МАТАСНА в вариантах исполнения, АНТ ОННО МАТАЧАНА С.А., Испания	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	01350136	17.11.2023	24.17%	830	1005	100%	Стерилизационная	Рабочее
2	Стерилизатор паровой вертикальный круглый. Объемом 75 л, ВК-75-01, ОАО "Тюменский завод", Россия	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	01350106	18.09.2014	100.00 %	0	1095	100%	Лаборатория	Рабочее

3	Стерилизатор паровой вертикальный круглый.Объемом 75 л ,БК 75-01, ОАО"Тюменский завод",Россия	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	01350075	01.06.2011	100.00 %	0	1100	100%	Стерилизационная	Рабочее
4	Стерилизатор паровой ГК-100-3М,АО Медоборудование , Россия	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	01370752	13.12.2025	5.00%	1040	60	5%	Стерилизационная	Рабочее
5	Стерилизатор паровой ГП-400-1 горизонтальный (400 литров, 132*С),ГП-400-1,ОАО "Тюменский завод мед. оборуд. и инструментов",Россия	Стерилизация медицинских инструментов в многоразового применения	1	01370147	01.08.2007	100.00 %	0	1100	100%	Стерилизационная	Рабочее
ИТОГО							1870	1065	56.95%		

Вывод: В организации здравоохранения в планируемом месте дислокации 4 единицы аналогичной/идентичной медицинской техники, из которых 2 единицы со 100% износом, 2 единицы с 24.17% и 5% износом.

3. Анализ потребности в запрашиваемой медицинской технике в организации здравоохранения:

1) Количество пациентов по отделениям или нозологиям, которым показано использование запрашиваемой медицинской техники (за последние 3 года):

№ п/п	Наименование отделения или нозологии	Количество пациентов				
		2023	2024	%	2025	%
1	Отделение ЦСО	12000	12670	5.58	12500	-1.34
	ИТОГО	12000	12670	5.58	12500	-1.34

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023г. отмечается увеличение количества пациентов на 5,58%, а в 2025г. отмечается уменьшение по отношению к 2024г. на -1,34%. Учитывая среднее изменение количества пациентов на 2,12%, прогнозируемое количество пациентов на 2026г. = 12765

2) Количество медицинских услуг, требующихся на одного пациента по запрашиваемой медицинской технике (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами):

№ п/ п	Наименование медицинских услуг (планируемых оказывать на запрашиваемой медицинской технике)	Планируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год	Требуемое количество медицинских услуг на одного пациента (в соответствии с установленной национальной практикой лечения, международными стандартами)
1	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	1100	1 - 3
	ИТОГО	Общая сумма на 1 единицу: 1100 Общая сумма на 1 единиц: 1100	2.00

Вывод: ОЗ планирует выполнять 1100 медицинских услуг на 1 ед. запрашиваемой медицинской техники, среднее требуемое количество медицинских услуг на одного пациента составляет 2.

3) Количество фактических медицинских услуг, осуществленных на аналогичной и (или) идентичной медицинской техники за последние 3 года:

№ п/ п	Наименование аналогичной и (или) идентичной медицинской техники	Наименование медицинских услуг	Количество медицинских услуг				
			2023	2024	%	2025	%
1	Паровые стерилизаторы МАТАCHANA в вариантах исполнения,АНТОНИО МАТАЧАНА С.А.,Испания	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	470	1000	112.76	1005	0.50
2	Стерилизатор паровой вертикальный круглый.Объемом 75 л , ВК-75-01,ОАО"Тюменский завод", Россия	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	1100	1100	-	1095	-0.45
3	Стерилизатор паровой вертикальный круглый.Объемом 75 л ,ВК 75-01, ОАО"Тюменский завод",Россия	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	1095	1000	-8.68	1100	10.00
4	Стерилизатор паровой ГК-100-3М,АО Медоборудование, Россия	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	0	0	-	60	-
5	Стерилизатор паровой ГП-400-1 горизонтальный (400 литров, 132*С),ГП-400-1,ОАО "Тюменский завод мед. оборуд. и инструментов",Россия	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	1090	1095	0.45	1100	0.45
	ИТОГО:		3755	4195	11.71	4360	3.93

Вывод: в 2024г. по отношению к 2023 г. отмечается увеличение количества медицинских услуг на 11,71%, а в 2025 г. отмечается увеличение по отношению к 2024г. на 3,93%.

4) Расчет прогнозируемого количества медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике в год с учетом производственной мощности имеющейся идентичной медицинской техники в организации здравоохранения:

№ п/п	Виды медицинских услуг	Норматив количества медицинских услуг в год на МТ
1	Стерилизация медицинских инструментов многоразового применения	1095 м.у. в год

* Примечание: Среднее время стерилизации составляет 150 минут с учетом всего цикла работы при 8 часовом рабочем дне 7 дневной рабочей неделе, согласно предоставленным данным КТО.

5) Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Количество пациентов для данного вида МТ в организации здравоохранения в год	Требуемое количество мед.услуг на 1 пациента с учетом нозологий организации здравоохранения	Общее необходимое количество медицинских услуг	Производственная мощность имеющейся аналогичной / идентичной МТ в организации здравоохранения в год	Прогнозируемое количество медицинских услуг на запрашиваемой МТ
1	12765	2.00	25530.00	1870	23660.00

6) Расчет коэффициента потребности организации здравоохранения в медицинской технике:

№ п/п	Общее необходимое количество медицинских услуг	Пропускная способность запрашиваемой медицинской техники	Коэффициент потребности организации здравоохранения в медицинской технике	Норматив
1	1100	1095	1.00	0.75

Вывод: Учитывая пропускную способность запрашиваемой медицинской техники 1095 медицинских услуг в год на 1 единиц, определяем коэффициент потребности, который равен 1, что соответствует требуемым нормативам и отражает потребность организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике.

4. Анализ персонала организации здравоохранения, необходимого для работы на запрашиваемой медицинской технике:

1) Требования необходимого количества специалистов для работы запрашиваемой медицинской техники:

№ п/п	Требуемое количество специалистов на МТ	Фактическое количество специалистов
1	Медицинская сестра - 1	Медицинская сестра - 1; Дезинфектор ЦСЛ, автоклавер - 1.
2	Врач - 1	Врач ЦСО, эпидемиолог - 1

2) Наличие специалистов для работы на запрашиваемой медицинской технике:

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Должность	Образование (ВУЗ, № и дата получения диплома, специальность)	Стаж работы	Сертификат специалиста (№, дата выдачи, срок действия)	Квалификацио нная категория специалиста	Документ о повышении квалификации (№, дата выдачи)
Для эксплуатации запрашиваемой медицинской техники*:								

1	Сергеевна Ирина Усова	25.03.1984	Дезинфект ор ЦСЛ/авток лавёр	Усть- Каменого рский мед.колле дж	лечебно е дело	1741	02.07. 2004	9 лет	№ : KZ60VBM 02307946 Дата выдачи: 26.04.2024 Срок действия: 26.04.2029	без категории	№ : 1482 дата выдачи: 10.05.2023
2	Кесенбеков на Гульдарай Ахтанова	01.05.1962	Врач ЦСО/эпиде миолог	Караганд инский мед.инсти тут	Гигиен а, санитар ия	87	01.07. 1986	29 лет	№ : KZ77VRL 00011626 Дата выдачи: 11.09.2023 Срок действия: бессрочно	без категории	№ : 2296 дата выдачи: 10.12.2022
3	Анатољев на Лариса Нишкун	11.05.1967	Медицинск ая сестра ЦСО	Усть- Каменого рское мед.учили ще	фельдш ер	9540	28.02. 1987	29 лет	№ : KZ14VBM 02609765 Дата выдачи: 27.12.2024 Срок действия: 27.12.2029	высшая	№ : 1586 дата выдачи: 20.05.2023

Информация о специалистах для работы на запрашиваемом передвижном медицинском комплексе:					
№ п/п	Бригада в составе	Количество	Требуемое количество бригад соразмерно приобретаемым передвижным медицинским комплексам	Разница между требуемым и фактически имеющимся количеством бригад	Необходимые мероприятия по устранению нехватки бригад или специалистов
1	Врач	0	0	0	
2	Фельдшер или медсестра	0	0	0	
3	Водитель	0	0	0	
	Всего бригад				

План мероприятий по подготовке специалистов в случае их отсутствия					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Планируемая дата и срок обучения, в мес.	Сумма на обучение (бюджет)

Вывод: Фактическое количество специалистов соответствует требуемому количеству, и характеристика специалистов соответствует требованиям для работы на запрашиваемой медицинской технике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: по результатам анализа коэффициент потребности **соответствует** требуемым нормативам и **отражает потребность** организации здравоохранения в запрашиваемой медицинской технике. Фактическое количество специалистов **соответствует** требуемому количеству, и характеристика специалиста **соответствует**.

Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

**Электронные цифровые подписи
документа**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК

Время подписи: 12.06.2026 12:47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

