

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00089340

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
- 2) Юридический адрес – 070002 Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая 18
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная медицинская помощь. Клинико-диагностическая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 350/1
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Макашева Шолпан Ермаковна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Юрина Светлана Владимировна
- 7) Наименование медицинской техники – Видеоэндоскопическая система VISERA ELITE III
- 8) Место дислокации медицинской техники – Урологическая операционная (2 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Эндоскопия, урология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Дополнительно к существующим
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/3260 от 06.05.2026 года, № заявки 00089340 от 12.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Другое иссечение или деструкция ткани мочевого пузыря	<p>Тележка для медицинской электроаппаратуры. Мониторы в вариантах исполнения: размеры : 4К. Головка камер в вариантах исполнения: CH-S200-XZ-EA, HD 3CMOS автоклавируемая. Легкая головка камеры CH-S200-08-LB. ULTRA HD Телескопы в вариантах исполнения, 10 mm, 30°. Световодный кабель 2,8мм x 3м; 4,25мм x 3м. Инсуффлятор углекислого газа. Фильтр для инсуффляции.. Адаптер для централизованной подачи газа.. Шланг высокого давления. Электрохирургический генератор. ВЧ-кабели: ВЧ-кабель, биполярный 4 м. Ножницы THUNDERBEAT 5 mm, длина 35 cm. Кабель нейтрального электрода. Нейтральный электрод для взрослых,с массой тела >15кг. 100шт. Инструмент биполярный с функцией холодного ножа.. Переключатели: ножной двойной. Трансдюсер (преобразователь).. Запасной клапан. Контейнер, контейнер стерилизационный. Колпачок уплотнительный: 7mm,2,0mm,4mm.. Направляющая трубка, для 1,2 мм лазерных зондов и Направляющая трубка для 1,2 мм лазерных зондов с ретрактором. Шприцы: 150 мл: стеклянная колба. Запасные колбы, стеклянные, для шприцов 150мл.. Оптический obturator 24Fr. Наружный тубус, резекционный, 27Fr, два запорных крана, ротационный. Внутренний тубус, включая стандартный obturator для резекционного тубуса 24Fr. Ирригационный порт, для резекционных тубусов: 2 запорных крана, вращающиеся. Рабочий элемент лазерного резектоскопа.. Тубусы в вариантах исполнени с obturatorом 22 Fr.4 Fr. канал; Наружный тубус, 15,9 Fr., фиксированный, включает проводную трубку; Наружный тубус, 26 Fr. для чрескожного доступа; Тубус по Амплатцу, 28 Fr.; Наружный тубус, 25 Fr., с постоянным промыванием; Наружный тубус размеры: 8 мм. Рабочий элемент для тубуса уретеротома;Рабочий элемент резектоскопа: активный,для резекций в соляном растворе;.. Нож для уретротома. Операционный телескоп, 7° направление обзора,11 Fr. x 220 мм,7,5 Fr. канал,45° угол окуляра. Захватывающие щипцы в вариантах исполнения: Захватывающие щипцы, 5 Fr. x 340 мм, полугибкие; Захватывающие щипцы, 3,25 x 400 мм, с люменом. Биопсийные щипцы в вариантах исполнения: Биопсийные щипцы, 5 Fr. x 340 мм, полугибкие. Телескопы HD: 4 mm; 12°, автоклавируемые.. Операционный телескоп, направление обзора 30°, рабочий канал диаметром 4 мм. Набор бужей. Направляющая трубка, для второй направляющей проволоки; для фиброскопов. Проводники гибридные; проводники с покрытием из ПТФЭ; сверхгибкий. ВЧ-резекционные электроды в вариантах исполнения: 24Fr, 12° петля большая. ВЧ-резекционные электроды в вариантах исполнения: 24Fr 12° , петля средняя. OTV-S200 Видеоцентр. Уретероскопы в вариантах исполнения:Уретероскоп, одноканальный, отклоненный окуляр, угол обзора 5°,</p>	Соответствует

		<p>диаметр вводимой части 7,3/10,4 Fr. Рабочая длина 430мм; Инструментальный канал 6,4Fr;для использования с инструментами до 5,4 Fr.</p> <p>переходник в вариантах исполнения: для уретероскопа OES ELITE.</p> <p>Тубусы нефроскопа..</p> <p>Дилатор.</p>	
2	Биполярная трансуретральная резекция доброкачественной гиперплазии предстательной железы		Соответствует
3	Трансуретральное очищение мочевого пузыря		Соответствует
4	Трансуретральная резекция склероза шейки мочевого пузыря		Соответствует
5	Другие виды локального иссечения или деструкции пораженного участка или ткани почки		Соответствует
6	Закрытая (трансуретральная) биопсия мочевого пузыря		Соответствует
7	Трансуретральная ликвидация обструкции мочеточника		Соответствует
8	Трансуретральное устранение обструкции из мочеточника и почечной лоханки		Соответствует
9	Другие диагностические манипуляции на уретре и периуретральной ткани		Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 10.09.2026 16:43
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

