

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00089780

по результатам проведения экспертной оценки оптимальных технических характеристик
медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

- 1) Наименование организации здравоохранения - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
- 2) Юридический адрес – 070002 Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая 18
- 3) Форма медицинской помощи, оказываемой организацией здравоохранения – Стационарная медицинская помощь. Клинико-диагностическая медицинская помощь
- 4) Количество коек организации здравоохранения / количество посещений в смену – 350/1
- 5) Руководитель организации здравоохранения – Макашева Шолпан Ермаковна
- 6) Лицо, ответственное за реализацию проекта – Юрина Светлана Владимировна
- 7) Наименование медицинской техники – Интегрированная силовая консоль ИРС, с принадлежностями
- 8) Место дислокации медицинской техники – Операционная травматологии и нейрохирургии (1 ед.)
- 9) Область применения медицинской техники – Нейрохирургия, травматология
- 10) Причина приобретения медицинской техники – Дополнительно к существующей
- 11) Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки – № договора DG-15-2026/3260 от 06.05.2026 года, № заявки 00089780 от 20.08.2026 г.

2. Технический анализ медицинской техники

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Комплектация запрашиваемой медицинской техники	Соответствие
1	Рассечение (разрез), удаление, сверление и распиливание мягкой, твердой и костной ткани и биоматериалов в ходе операций в области головы и шеи	Лоток для инструментов MR8. Насадка MR8 Перфоратор. Педаль ножного управления для IPC (нейрохирургическая). Инструмент MR8 - BA для насадки длиной 7CM, диаметр наконечника 2.5MM. Ершик для чистки малых насадок диаметром 2.4 мм - 5 штук в упаковке. Электродвигатель MR8 Electric. Насадка MR8 Прямая размером 15CM для боров диаметром 2.4MM. Краниальный перфоратор EasyDrill с функцией АвтоСтоп. Наружный диаметр 14.0 мм, внутренний диаметр - 11.0 мм, выступ - 3.0 мм.. Интегрированная силовая консоль IPC.	Соответствует

Вывод: Согласно проведенной экспертной оценке – технического анализа, предоставленной в информации о медицинской технике, заявленная комплектация Медицинской техники позволяет оказывать в полном объеме услуги указанные в Клинико-техническом обосновании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендуется: Заявленная комплектация медицинской техники соответствует услугам, указанных в Клинико-техническом обосновании.
Срок действия заключения составляет не более 24 месяцев со дня его выдачи.

Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Подписано: Руководитель АБДРАХМАНОВ МАЛИК Время подписи: 07.09.2026 08:31
--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

